



دکترا دکترا دکترا دکترا دکترا دکترا
دکترا دکترا دکترا / (PhD) دکترا دکترا
051 -43333491 دکترا دکترا

[CV](#)



انکوباتور شیکر دار

Shaker Incubator



دامپزشکی و خدمات دامپزشکی و باغبانی
سازمان تحقیقات و خدمات دامپزشکی و باغبانی

اطلاعات شرکت سازنده	اطلاعات دستگاه
نام شرکت سازنده: پارس آزما شماره تماس دفتر مرکزی: ۸۸۵۲۱۷۴۹-۰۲۱	مدل: A.R 82 سال ساخت: ۱۳۹۸

مشخصات فنی دستگاه

شیکر چرخشی، خطی یا الکتلی طبق درخواست مشتری، شروع کار مجدد خودکار پس از قطع برق، دارای تایمر قابل تنظیم

دقت دمای ± 0.1 درجه سانتیگراد

کنترلر دما و زمان تک حافظه ای قابل تنظیم (برای دستگاه های معمولی)

- محفظه داخلی از جنس استینلس استیل
- دارای طبقات (سینی های) متحرک
- سیستم گردش هوا، برای یکنواختی تمام زوایای داخلی محفظه
- دارای سیستم محافظ که در صورت اشکال در سیستم کنترلر، دستگاه را خاموش می کند تا آسیبی به نمونه و دستگاه وارد نگردد

اطلاعات سازمانی	قابلیت های به کار گیری
تحويل گیرنده دستگاه: دکتر هادی فاضل مسئول فنی دستگاه: خانم هانیه غنمی	کشت باکتری ها جهت جداسازی، تشخیص و کلونینگ



هود لامینار کلاس ۲

Laminar hood class II



دامپزشکی و خدمات دامپزشکی و باغبانی
سازمان تحقیقات و خدمات دامپزشکی و باغبانی

اطلاعات شرکت سازنده	اطلاعات دستگاه
نام شرکت سازنده: شرکت رادطب نوین زیست پابا شماره تماس دفتر مرکزی: ۰۳۱-۳۲۳۴۲۷۵۴	مدل: نانو راد سال ساخت: ۱۳۹۸

مشخصات فنی دستگاه

فیلتر خروجی (اگرز فیلتر) ۳/۰ میکرون با توان ۹۹۷/۹۹٪ تعبیه گردیده که ورود هر گونه میکروارگانیسم را به محیط آزمایشگاه غیرممکن می سازد.

دارای لامپ روشنایی - لامپ ماورای بنفش و ساعت کارکرد دستگاه.

دارای فیلتر ورودی ۱۲/۰ میکرون برای هوادهی داخل کابین با توان ۹۹۹/۹۹٪ که باعث عدم وجود هیچگونه میکروارگانیسم می گردد و سیستم طوری طراحی گردیده که ۷۵٪ هوای داخل کابین بازیافت و ۲۵٪ نیز پس از فیلتره شدن به محیط باز می گردد و مانع آلودگی کارکنان و محیط می گردد.

اطلاعات سازمانی	قابلیت های به کار گیری
تحويل گیرنده و مسئول فنی دستگاه: دکتر هادی فاضل	این هود ها برای کار بر روی مواد بیولوژیک کم خطر استفاده می شوند.