□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ / (PhD) □□□□□□ □□□□□□□

051 -43333491 □□□□ □□□□□□

CV

Phoca PDF

هیتر بلات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور
معاونت تحقیقات و فناوری
مرکز تحقیقات

اطلاعات دستگاه

مدل:HPN-24
سال ساخت:۱۳۹۸

اطلاعات شرکت سازنده

نام شرکت سازنده: پدیده نوژن
شماره تماس دفترمرکزی: 051-37050555

مشخصات فنی دستگاه

temp rang: Ambient +5~120 °c
temp accuracy: ±° ۰,۲c
capacity: 1.5 microtube 32 ea/0.5 microtube 32 ea
material: Energy Plats and Sample Black, weight: 5 kg
wattage: 350 w
power: 220 vac 50/60 Hz

هیتر بلاک نوعی حمام خشک فشرده است که دارای ارائه کنترل دقیق دما برای تکرار نتایج و همچنین دارای قابلیت نمایش صفحه دمایی میباشد و همچنین دارای قابلیت تعیین نقطه ذوب و جوش دما در آنالیز DNAواکنشهای آنزیمی، فرایندهای آنزیماتیک، تعیین نقطه ذوب، هیبریداسیون نوکلئیک اسید و ... میباشد

قابلیت های به کارگیری

جهت مشاهده و کارهای تحقیقاتی بر روی میکروب ها

اطلاعات سازمانی

تحویل گیرنده مسئول فنی دستگاه: دکتر هادی فاضل
شماره اموال:

Phoca PDF

هود لامینار کلاس ۲

Laminar hood class II

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید مدرس
معاونت تحقیقات و فناوری
مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

اطلاعات دستگاه

مدل: نانو راد
سال ساخت: ۱۳۹۸

اطلاعات شرکت سازنده

نام شرکت سازنده: **شرکت رادطب نوین زیست پایا**
شماره تماس دفترمرکزی: **۰۳۱-۳۲۳۴۲۷۵۴**

مشخصات فنی دستگاه

دارای فیلتر ورودی ۱۲/۰ میکرون برای هوادهی داخل کابین با توان ٪۹۹۹/۹۹ که باعث عدم وجود هیچگونه میکروارگانیسم می گردد و سیستم طوری طراحی گردیده که ٪۷۵ هوای داخل کابین بازیافت و ٪۲۵ نیز پس از فیلتره شدن به محیط باز می گردد و مانع آلودگی کارکنان و محیط می گردد.

فیلتر خروجی (اگروز فیلتر) ۳/۰ میکرون با توان ٪۹۹۷/۹۹ تعبیه گردیده که ورود هر گونه میکروارگانیسم را به محیط آزمایشگاه غیرممکن می سازد .
دارای لامپ روشنائی – لامپ ماورای بنفش و ساعت کارکرد دستگاه.

قابلیت های به کارگیری

این هود ها برای کار بر روی مواد بیولوژیک کم خطر استفاده می شوند.

اطلاعات سازمانی

تحویل گیرنده ومسئول فنی دستگاه:
دکتر هادی فاضل

Phoca PDF