□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□ / (PhD) □□□□□ □□□□□□□

051 -43333491 □□□□ □□□□□

CV

Phoca PDF

NOGEN
هیتر بلات
اطلاعات دستگاه
اطلاعات شرکت سازنده
مدل:HPN-24
سال ساخت:۱۳۹۸
نام شرکت سازنده: پدیده نوژن
شماره تماس دفترمرکزی: 051-37050555
مشخصات فنی دستگاه
هیتر بلاک نوعی حمام خشک فشرده است که دارای ارائه کنترل دقیق دما برای تکرار نتایج و همچنین دارای قابلیت نمایش صفحه دمایی میباشد و همچنین دارای قابلیت تعیین نقطه ذوب و جوش دما در آنالیز DNAواکنشهای آنزیمی، فرایندهای آنزیماتیک، تعیین نقطه ذوب، هیبریداسیون نوکلئیک اسید و ... میباشد
temp rang: Ambient +5~120 °c
temp accuracy: ±° ۰,۲c
capacity: 1.5 microtube 32 ea/0.5 microtube 32 ea
material: Energy Plats and Sample Black, weight: 5 kg
wattage: 350 w
power: 220 vac 50/60 Hz
قابلیت های به کارگیری
اطلاعات سازمانی
جهت مشاهده و کارهای تحقیقاتی بر روی میکروب ها
تحویل گیرنده مسئول فنی دستگاه: دکتر هادی فاضل
شماره اموال:

Phoca PDF

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور
معاونت تحقیقات و فناوری
آزمایشگاه جامع تحقیقات

هود لامینار کلاس ۲

Laminar hood class II

اطلاعات دستگاه	اطلاعات شرکت سازنده
مدل: نانو راد **سال ساخت: ۱۳۹۸**	نام شرکت سازنده: **شرکت رادطب نوین زیست پایا** شماره تماس دفترمرکزی: **۰۳۱-۳۲۳۴۲۷۵۴**

مشخصات فنی دستگاه

دارای فیلتر ورودی ۱۲/۰ میکرون برای هوادهی داخل کابین با توان ٪۹۹۹/۹۹ که باعث عدم وجود هیچگونه میکروارگانیسم می گردد و سیستم طوری طراحی گردیده که ٪۷۵ هوای داخل کابین بازیافت و ٪۲۵ نیز پس از فیلتره شدن به محیط باز می گردد و مانع آلودگی کارکنان و محیط می گردد.

فیلتر خروجی (اگروز فیلتر) ۳/۰ میکرون با توان ٪۹۹۷/۹۹ تعبیه گردیده که ورود هر گونه میکروارگانیسم را به محیط آزمایشگاه غیرممکن می سازد .

دارای لامپ روشنائی – لامپ ماورای بنفش و ساعت کارکرد دستگاه.

قابلیت های به کارگیری	اطلاعات سازمانی
این هود ها برای کار بر روی مواد بیولوژیک کم خطر استفاده می شوند.	تحویل گیرنده ومسئول فنی دستگاه: دکتر هادی فاضل

Phoca PDF